

## RAPORT TECHNICZNY

<b>Zamawiający raport:</b>	PKO Leasing ul. Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
<b>Numer zlecenia:</b>	22/12/12/2024/PKO LEASING REMARKETING
<b>Numer wewnętrzny:</b>	22/012322
<b>Wykonawca raportu:</b>	Piotr Bałaziński
<b>Przedmiot raportu:</b>	Urządzenie do redukcji cellulitu, ujędrniania skóry D-Actor 100
<b>Nr fabryczny:</b>	0S.14626
<b>Data sporządzenia raportu:</b>	19-12-2024



## Cel i przeznaczenie raportu

Celem raportu jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

## Przedmiot raportu

W dniu 17-12-2024 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING 05-600 Słomczyn ul. Metalowa 10

Przedmiotem raportu jest Urządzenie do redukcji cellulitu, ujędrniania skóry D-Actor 100

### Dane identyfikacyjne

<b>Nazwa:</b>	Urządzenie do redukcji cellulitu, ujędrniania skóry
<b>Producent:</b>	Storz Medical AG
<b>Typ/model:</b>	D-Actor 100
<b>Numer fabryczny:</b>	0S.14626
<b>Rok produkcji:</b>	2022

### Podstawowe dane techniczne i wyposażenie

<b>Napięcie zasilania zasilacza:</b>	230 V
<b>Masa własna:</b>	60 kg
<b>Wyposażenie:</b>	Przewód zasilania Głowica, numer seryjny 41700_00689 Uchwyt do głowicy Nadajniki

### Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie znajduje się wewnątrz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych

Urządzenie zostało podłączone do zasilania oraz uruchomione. Wykonano krótką symulację ruchów roboczych głowicy. Praca głowicy w ograniczonym zakresie, bez uwag.

Urządzenie posiada zabrudzenia rączki głowicy oraz zarysowania obudowy.

Głowica komunikuje błąd: 2122293, brak tabletu do urządzenia

Istnieje możliwość wykrycia dodatkowych braków lub niesprawności po zmontowaniu urządzenia i przeprowadzeniu pełnej próby pracy.

Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE. Okazano paszport techniczny, brak ważnego przeglądu, termin wykonania 21-07-2025

Stan maszyny określa się jako dobry.

Szczegółowy stan widoczny na załączonej dokumentacji zdjęciowej.

**Uwaga:**

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

**CE:**

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

## Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

## Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.







































Nazwa urządzenia: D-Actor 100  
Numer seryjny: OS 14626  
Rok produkcji: 2022

Dystrybutor:  
ITP S.A.  
ul. Domaniewska 37  
02-672 Warszawa  
tel. +48 22 233 00 23  
itp@itpsa.pl

ITP S.A. SERWIS  
ul. Skowładowskiego 85  
05-090 Ruzynin  
tel. +48 22 233 00 23  
serwis@itpsa.pl

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Ust. z 2016 r. poz. 159 z 04.05.2016) informuję, iż:  
1) Administratorem Państwowego Rejestru Danych Usługowych jest ITP S.A. ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa (dalej: „Administrator”);  
2) Skonkretyzując administratorem danych osobowych możemy być za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: itp@itpsa.pl;  
3) Państwo/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług gwarantujących najwyższą jakość usług, w szczególności: 6 art. 133, § 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;  
4) udzielenie Państwu/Pani danych osobowych tylko w zakresie potrzebny sprawnemu do wykonania danych usługowych na podstawie przepisów prawa lub potrzeby bezpieczeństwa w zakresie ochrony zdrowia;  
5) Państwo/Pani dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z przepisami prawa; 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych; 133 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych; 6 art. 133, § 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych; 133 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych; 6 art. 133, § 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;  
6) Państwo/Pani dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z przepisami prawa; 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych; 133 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych; 6 art. 133, § 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych; 133 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych; 6 art. 133, § 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;  
7) Państwo/Pani dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z przepisami prawa; 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych; 133 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych; 6 art. 133, § 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych; 133 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych; 6 art. 133, § 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;  
8) podane dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z przepisami prawa; 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych; 133 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych; 6 art. 133, § 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych; 133 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych; 6 art. 133, § 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;



## KARTA TECHNICZNA

### 01. Producent:

Storz Medical AG  
Lohstampfstrasse 8  
8274 Tägerwilen - Switzerland

### 02. Serwis oraz przeglądy techniczne:


Serwis oraz przeglądy techniczne urządzenia mogą być przeprowadzane wyłącznie przez autoryzowany serwis producenta. Przegląd techniczny urządzenia potwierdza poprawność parametrów pracy urządzenia oraz możliwość jego dalszej eksploatacji. Ważność przeglądu wynosi 1 rok lub 6 miesięcy dla urządzeń Quanta Thunder oraz Quanta rodzina urządzeń Plus.

Zgłoszenia usterek przyjmowane są za pośrednictwem serwisu internetowego:

<http://www.itpsa.pl/serwis>

lub drogą telefoniczną na numer:

+48 22 233 00 23



## DOPUSZCZENIE DO EKSPLOATACJI

Data wykonania przeglądu technicznego	Wykonawca przeglądu	Data następnego przeglądu	UWAGI	Data wykonania przeglądu technicznego
30/05/2022		30/05/2023	—	
26/05/2023		26/05/2024	✓	
11/07/2024		11/07/2025	—	

## AKTY ZDAWCZO-ODBIORCZE

Na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego aparat przekazano

dnia 30/05/2022 do jednostki ELMAG



ITP

## AKTY ZD

Na podstaw

dnia







