



## URZĄDZNIENIE KOSMETYCZNE CRYOLUX

|                            |                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Zamawiający wycenę:</b> | PKO Leasing<br>Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa |
| <b>Numer zlecenia:</b>     | 116/03/09/2026/PKO LEASING REMARKETING           |
| <b>Numer wewnętrzny:</b>   | 25/051185                                        |
| <b>Nr fabryczny:</b>       | Y042-PZ202511244                                 |
| <b>Autor wyceny:</b>       | Inż. Artur Kawęcki                               |

## CEL I PRZEZNACZENIE WYCENY

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

## IDENTYFIKACJA PRZEDMIOTU WYCENY

W dniu 07.09.2026r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest urządzenie kosmetyczne do kriolipolizy dla gabinetów kosmetycznych, przeznaczone do modelowania ciała. Kontrolowane chłodzenie oddziałuje miejscowo na tkankę tłuszczową. Cztery niezależne głowice pozwalają dopasować procedurę do obszaru zabiegowego.

### DANE IDENTYFIKACYJNE

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Nazwa:</b>           | Urządzenie kosmetyczne |
| <b>Producent:</b>       | -                      |
| <b>Dystrybutor:</b>     | KLPHARMA               |
| <b>Nazwa handlowa:</b>  | CRYOLUX                |
| <b>Typ/model:</b>       | -                      |
| <b>Numer fabryczny:</b> | Y042-PZ202511244       |
| <b>Przebieg:</b>        | -                      |
| <b>Rok produkcji:</b>   | -                      |

### PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE (WG SPECYFIKACJI DYSTRYBUTORA)

|                           |                                                                                                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Moc całkowita:</b>     | 2000 W                                                                                                           |
| <b>Podgrzewanie IR:</b>   | 37°C – 42°C                                                                                                      |
| <b>Podciśnienie:</b>      | 6 poziomów ssania                                                                                                |
| <b>Zakres chłodzenia:</b> | Głowice kriolipolizy +5°C – 18°C<br>Wing Max i Arc-T -9°C - +5°C<br>Pozostałe aplikatory -11°C - +5°C            |
| <b>Aplikatory:</b>        | 5 szt. (Flat Mini – 2 szt. , Flat – 2 szt. , Wing - 1 szt.)                                                      |
| <b>Zasilanie:</b>         | 230V                                                                                                             |
| <b>Wyposażenie:</b>       | Przewód zasilający<br>4 głowice zabiegowe<br>Skrzynia transportowa<br>Wyłącznik dla pacjenta<br>Kluczyk – 2 szt. |

## STAN TECHNICZNY I DOKUMENTACJA

Urządzenie znajduje się w hali magazynowej, zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

W trakcie oględzin urządzenie podłączono do zasilania i uruchomiono. Dokonano przejścia przez menu urządzenia, nie stwierdzono błędów na wyświetlaczu. Podłączono do urządzenia jedną z głowic oraz dwa aplikatory – nie stwierdzono błędów. Brak możliwości pełnego sprawdzenia urządzenia w działaniu w warunkach magazynowych ze względu na brak przeszkolonego operatora. Istnieje ryzyko ujawnienia niesprawności oraz braków w kompletacji w trakcie eksploatacji.

Stwierdzono ślady zużycia eksploatacyjnego – zarysowania, zabrudzenia.

Dodatkowo stwierdzono:

- zdemontowane uchwyty go głowic,
- 2 szt. aplikatorów – brak,

Stan urządzenia określa się jako dobry.

Do oględzin nie okazano instrukcji obsługi, historii serwisowania.

Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE. Nie stwierdzono danych producenta oraz modelu urządzenia.

Przedstawiono dokumentację środka technicznego:

1. Faktura zakupowa

### **Uwaga:**

**Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.**

**W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.**

**Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.**

### **CE:**

**Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.**

## ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE

Sporządzający niniejszą wycenę zastrzega, że:

- Niniejsza wycena została sporządzona wyłącznie w celu określenia wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów niż wskazane w niniejszym opracowaniu. W szczególności nie stanowi podstawy do oceny stanu technicznego ani przydatności przedmiotu wyceny do zakupu.
- Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu wyceny, zarówno prawne, jak i fizyczne, ani za skutki wynikające z jego dalszej eksploatacji lub wykorzystania niniejszej wyceny.
- Niniejsza wycena nie stanowi ekspertyzy technicznej przedmiotu wyceny i nie może być za taką uznawana. Określona wartość rynkowa nie stanowi gwarancji uzyskania ceny sprzedaży na wskazanym poziomie.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana, kopiowana ani rozpowszechniana w całości lub w części bez uprzedniej zgody sporządzającego oraz uzgodnienia formy i zakresu jej wykorzystania.
- Wycena została sporządzona na podstawie dostarczonej dokumentacji oraz oględzin przedmiotu wyceny przeprowadzonych metodą organoleptyczną. Nie wykonywano badań diagnostycznych, pomiarów specjalistycznych ani weryfikacji warsztatowej.
- Ocenę przedmiotu wyceny przeprowadzono w warunkach istniejących w miejscu i czasie udostępnienia obiektu do oględzin.
- Nie weryfikowano poprawności, autentyczności ani zgodności numerów identyfikacyjnych i seryjnych przedmiotu wyceny z dokumentacją, jak również nie potwierdzano prawdziwości danych przekazanych przez zleceniodawcę.

## DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA









