


WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	70/12/11/2025/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	24/000753
Wykonawca:	Przemysław Kalużny
Przedmiot wyceny:	Zestaw urządzeń kosmetycznych - Urządzenie do karboksyterapii Medika Carboxytherapy - Kombajn kosmetyczny Medika Basic
Nr fabryczny:	Według opisu
Data sporządzenia:	19-11-2025



Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot wyceny

W dniu 14.11.2025 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest zestaw urządzeń kosmetycznych:

- Urządzenie do karboksyterapii Medika Carboxytherapy
- Kombajn kosmetyczny Medika Basic

Dane identyfikacyjne i techniczne

Nazwa:	Urządzenie do karboksyterapii
Producent:	Medika
Typ/model:	Carboxytherapy
Numer fabryczny:	224013217
Rok produkcji:	01/2024
Czas pracy:	Brak danych
Zasilanie:	230V 50Hz 120VA
Masa własna:	20kg
Wymiary urządzenia:	97 x 40 x 40 cm
	Przewód zasilający
Wyposażenie:	Butla Co2
	Włącznik nożny

Dane identyfikacyjne i techniczne

Nazwa:	Kombajn kosmetyczny
Producent:	Medika
Typ/model:	Basic
Numer fabryczny:	22401557B
Rok produkcji:	01/2024
Czas pracy:	Brak danych

Zasilanie:	230V 50Hz 120VA
Funkcje zabiegowe:	Peeling kawitacyjny, mezoterapia, mikrodermabrazja, fale radiowe, liposukcja ultradźwiękowa oraz dermomasaż
Wypożyczenie:	-6 x głowica zabiegowa -Akcesoria do głowic -przewód zasilający

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenia znajdują się w hali magazynowej, zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

W trakcie oględzin urządzenia podłączono do zasilania i uruchomiono. Ze względu na zabezpieczenie nieznanym numerem PIN nie było możliwości zweryfikowania działania urządzeń. W związku z czym istnieje ryzyko ujawnienia niesprawności oraz braków w kompletacji w trakcie eksploatacji.

Na tabliczkach znamionowych znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE.

Stwierdzono ślady zużycia eksploatacyjnego – zarysowania, zabrudzenia.

Stan urządzeń określa się jako dobry.

Przystawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu
2. Instrukcję obsługi do obydwu urządzeń

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.

