



## FOTEL MEDYCZNY LEMI TESERA 4M

|                            |                                                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Zamawiający wycenę:</b> | <b>PKO Leasing</b><br><b>Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa</b> |
| <b>Numer zlecenia:</b>     | 144/17/07/2026/PKO LEASING REMARKETING                         |
| <b>Numer wewnętrzny:</b>   | 02220/PM/23                                                    |
| <b>Nr fabryczny:</b>       | 102815                                                         |
| <b>Autor wyceny:</b>       | Inż. Artur Kawęcki                                             |

## CEL I PRZEZNACZENIE WYCENY

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

## IDENTYFIKACJA PRZEDMIOTU WYCENY

W dniu 24.07.2026r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest fotel medyczny LEMI TESERA 4M z czterema silnikami, który dedykowany jest do sektora medycznego, stomatologicznego, dermatologicznego oraz kosmetycznego.

### DANE IDENTYFIKACYJNE

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| <b>Nazwa:</b>           | Fotel medyczny |
| <b>Producent:</b>       | LEMI           |
| <b>Typ/model:</b>       | TESERA 4M      |
| <b>Numer fabryczny:</b> | 102815         |
| <b>Czas pracy:</b>      | -              |
| <b>Rok produkcji:</b>   | 2023           |

### PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

|                     |                                                                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Długość:</b>     | 190 - 230 cm                                                                                           |
| <b>Wysokość:</b>    | 58 – 88 cm                                                                                             |
| <b>Szerokość:</b>   | 70 cm                                                                                                  |
| <b>Kolor:</b>       | Szary                                                                                                  |
| <b>Zasilanie:</b>   | 230V                                                                                                   |
| <b>Wyposażenie:</b> | Przewód zasilający<br>Pilot sterujący<br>Podłokietniki<br>Uchwyt na rolkę<br>Osłona z tworzywa na nogi |

## STAN TECHNICZNY I DOKUMENTACJA

Urządzenie znajduje się w hali magazynowej, zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

W trakcie oględzin urządzenie podłączono do zasilania i uruchomiono. Dokonano sterowania w dostępnych kierunkach – nie stwierdzono nieprawidłowości. Brak możliwości pełnego sprawdzenia urządzenia w działaniu w warunkach magazynowych. Istnieje ryzyko ujawnienia niesprawności oraz braków w kompletacji w trakcie eksploatacji.

Stwierdzono ślady zużycia eksploatacyjnego –zarysowania, zabrudzenia.

Stan urządzenia określono jako dobry. Szczegółowy stan zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Do oględzin nie okazano instrukcji obsługi, paszportu technicznego, historii serwisowania, deklaracji zgodności WE. Ważność przeglądu technicznego na podstawie naklejki: 07.2025. Brak ważnego przeglądu technicznego.

Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE.

Przetawiono dokumentację środka technicznego:

1. Faktura zakupowa

**Uwaga:**

**Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.**

**W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.**

**Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.**

**CE:**

**Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.**

## ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE

Sporządzający niniejszą wycenę zastrzega, że:

- Niniejsza wycena została sporządzona wyłącznie w celu określenia wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów niż wskazane w niniejszym opracowaniu. W szczególności nie stanowi podstawy do oceny stanu technicznego ani przydatności przedmiotu wyceny do zakupu.
- Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu wyceny, zarówno prawne, jak i fizyczne, ani za skutki wynikające z jego dalszej eksploatacji lub wykorzystania niniejszej wyceny.
- Niniejsza wycena nie stanowi ekspertyzy technicznej przedmiotu wyceny i nie może być za taką uznawana. Określona wartość rynkowa nie stanowi gwarancji uzyskania ceny sprzedaży na wskazanym poziomie.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana, kopiowana ani rozpowszechniana w całości lub w części bez uprzedniej zgody sporządzającego oraz uzgodnienia formy i zakresu jej wykorzystania.
- Wycena została sporządzona na podstawie dostarczonej dokumentacji oraz oględzin przedmiotu wyceny przeprowadzonych metodą organoleptyczną. Nie wykonywano badań diagnostycznych, pomiarów specjalistycznych ani weryfikacji warsztatowej.
- Ocenę przedmiotu wyceny przeprowadzono w warunkach istniejących w miejscu i czasie udostępnienia obiektu do oględzin.
- Nie weryfikowano poprawności, autentyczności ani zgodności numerów identyfikacyjnych i seryjnych przedmiotu wyceny z dokumentacją, jak również nie potwierdzano prawdziwości danych przekazanych przez zleceniodawcę.

## DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA









